


شماره : ۲۶۸۹
تاریخ : ۹۷/۶/۲۹
پیوست: ندارد



بنام خدای بخشندۀ مهربان

احتراماً شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه بصورت زیر میباشد.

- در صورت عدم استفاده از دستگاه، نور دستگاه را کم کنید.
- از لرزش میز به هنگام تصویربرداری خودداری کنید.
- از خیره شدن مستقیم به منبع نور خودداری فرمایید.
- در صورت بروز هر گونه خرابی با واحد فنی شرکت تجهیز آفرینان نوری پارسه تماس بگیرید.
- از بازکردن روکش و اجزای دستگاه اکیدا خودداری شود.

با عرض تشکر و سپاس

دکتر مرجانه حجازی

مدیر عامل شرکت تجهیز آفرینان نوری پارسه



آدرس: تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) - مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی - اتاق ۴۷
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۰۷۵۲۷
فکس: ۰۲۱۶۶۵۸۱۵۳۳