

سیستم برق اضطراری (UPS) در صورت امکان در محل نصب دستگاه وجود داشته باشد.

مکان قراری گیری دستگاه در معرض نور خورشید نباشد.

مکان قرار گیری دستگاه در معرض تکان و لرزه های شدید نباشد.

دمای مناسب محل نصب دستگاه دمای معمول آزمایشگاه (۲۱ درجه سانتی گراد) باشد.