




Established 1998 **صنعت سرام**  
**SANAT CERAM**  
MEHRALBORZ

**GAT**

## سنجش مقاومت ایشی لعاب

این دستگاه برای اندازه گیری مقاومت به سایش لعاب انواع کاشی و سرامیک بر اساس استانداردهای ذیل طراحی گردیده است

2004 UNI EN ISO 10545-7, ASTM C 1027-99




### مشخصات فنی:

- دارای ۸ محفظه آزمایش نمونه
- دارای نشانگر دیجیتال تعداد دور در دقیقه
- حداکثر سرعت دوران دستگاه ۳۰۰ دور در دقیقه
- دارای گلوله های فولاد زنگ نزن در (قطرهای مختلف) برای انجام عمل سایش
- بدنه دستگاه دارای رنگ پودری الکترو استاتیک

## GLAZE ABRASION **TESTER**

وزن ( kg )	ابعاد ( cm )			مدل
	W	D	H	
106	65	81	46	GAT



تولید کننده

تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاهی  
و کارگاهی صنایع سرامیک هنری

0 2 1 7 6 2 3 1 5 9 0

0 2 1 7 6 2 3 1 5 9 5

[www.sanaticeram.ir](http://www.sanaticeram.ir)

بومهن- خیابان عسگری-

کوچه اردیبهشت- پلاک ۷