

- شرایط نصب :

فضای مناسب :

- ۱- سکوی آزمایشگاهی به ابعاد ۸۰*۸۰ و تحمل وزن حداقل ۱۰۰ کیلوگرم
- ۲- برق **UPS**
- ۳- خروجی اگزاست
- ۴- دستگاہ نباید زیر هود آزمایشگاهی نصب شود
- ۵- دستگاہ نباید در محلی نصب شود که با بخارات اسیدی و رطوبت در تماس باشد