

مدل دستگاه : ATH6095CR

محفظه کالیبراسیون دما-رطوبت آزمایشگاهی

۱ - دمای اتاق آزمایشگاه بین  $+18$  تا  $+28$  درجه سلسیوس (  $+18$  to  $+28$  °C )

۲ - رطوبت بین  $30$  تا  $80$  درصد رطوبت نسبی (  $30$  to  $80$  %RH )

۳ - تغذیه برق:  $220 \pm 10$  Volt و  $50$  Hz

۴ - دستگاه باید دور از تابش مستقیم نور خورشید ، در مسیر جریان هوای ناشی از سیستم گرمایش یا سرمایش

