



## گروه B :

### شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل میباشد:

- ۱ - آزمایشگاه با ۲۵ مترمربع زیربنا
- ۲ - داری تهویه و سیستم برودت و گرمایشی
- ۳ - این دستگاه نسبت به رطوبت و گرما حساس **نبوده**
- ۴ - نیاز به میز کار با ارتفاع حدود ۱ تا ۱.۲ متر
- ۵ - نیاز به کف سازی صنعتی **نمیباشد** اما کف قابل شستشو **باشد**
- ۶ - نیاز به استفاده از کلاه و عینک ایمنی **نمیباشد**
- ۷ - بهتر است از دستکش کار استفاده شود
- ۸ - نیاز به پریز برق ۲۲۰ ولت در نزدیکی دستگاه
- ۹ - دستگاه در نزدیکی نازل برودت و حرارت (شوفاژ - بخاری - کولر - پنکه و...) قرار نگیرد

شماره: .....

پیوست: .....

تاریخ: .....

ساخت و طراحی تجهیزات آزمایشگاه های  
مقاومت مصالح، مکانیک خاک، ژئوتکنیک،  
بتن، قیر و آسفالت  
دفتر مرکزی:

تهران - بلوار آفریقا (چردن) نبش خیابان والی نژاد  
کنار برج افرا - پلاک 3 واحد 2  
تلفن: 021-28423558 همراه:

09127691364

دفتر استان فارس:

شهرهاز - خ کلبان شوریده شهرهای - کوچه 19 ساختمان  
راز واحد یک

تلفن: 071-32326802 همراه: 09127691364

#### TESTING EQUIPMENT

#### For The Construction Industry

Adress: 2th Unit, No 3, Valinejad St,

Africa Blvd, Tehran, Iran.

Mob: 0098-9127691364

Tel: 0098-2128423558

Behradcompany.com

info@behradcompany.com