

**شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه**

این دستگاه جهت نصب در محیط آزمایشگاه طراحی شده است و دمای محیط پیرامون استاندارد آن بین ۲۵ الی  $+5^{\circ}$  درجه سانتیگراد بوده و رطوبت نسبی مناسب جهت کار کرد ایده آل دستگاه بین ۱۰ الی ۷۰ درصد می باشد و فاصله دستگاه از قسمت پشت با دیوار یا هر مانعی نباید کمتر از ۴۰ سانتی متر باشد و از طرفین نیز نباید کمتر از ۳۰ سانتی متر باشد .

**مشخصات الکتریکی**

- » برق مورد نیاز 380 ولت 73 آمپر (سه فاز)
- » ضخامت سیم کابل اصلی جهت نصب پریز ضمیمه دستگاه نباید کمتر 6 میلیمتر باشد .
- » اتصال ارت حتما به دستگاه متصل شود .