



شرایط محیطی نصب و راه اندازی میز آزمایشگاه الکترونیک مدل RN-TAB-4

| | |
|----|--|
| ✓ | مجهز بودن آزمایشگاه به کنتور برق تکفاز (حداقل ۲۵ آمپر) |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به کنتور برق سه فاز |
| ✓ | مجهز بودن آزمایشگاه به ترانس ایزوله |
| ✓ | مجهز بودن آزمایشگاه به پارکت کف |
| ✓ | مجهز بودن آزمایشگاه به چاه ارت |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به اسیلوسکوپ دیجیتال |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به اسیلوسکوپ آنالوگ |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به اسپکتروم آنالایزر |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به کامپیوتر (دارای پورت های LAN, USB و سریال) |
| ✓ | مجهز بودن آزمایشگاه به سیستم کنترل دما (۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد) |
| ✓ | مجهز بودن آزمایشگاه به سیستم کنترل رطوبت (۲۰ تا ۷۰ درصد) |