

شرایط محیطی محل نصب:

از آنجا که کاربرد آن در بخش میکروپ شناسی است توصیه می‌گردد محل نصب آن در همین بخش باشد. دور از سانتریفیوژ یا دستگاههایی با تکانهای شدید نصب گردد.