

تاریخ:

شماره:

پیوست:

www.Azhand.ir

شماره ثبت: ۳۲۸۵۴



Azhand pazhoohan toos Co.

شرکت آزند پژوهان توس

بسمه تعالی

### شرایط محیطی

#### دستگاه: میز لرزه

- دستگاه در فضایی سر پوشیده نصب شود.
- اجرای فونداسیون دستگاه طبق نقشه های ارسالی بر عهده خریدار است.
- یک انشعاب برق سه فاز با فیوز ۱۶ آمپر برای دستگاه در نظر گرفته شود
- بعد از هر بار استفاده، دستگاه کاملاً تمیز شود.
- رطوبت زیر ۵۰٪ و دما در محدوده ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد برای تست توصیه می شود و دما بالاتر از ۶۰ درجه و رطوبت بالای ۶۵٪ به دستگاه آسیب می زند