

## شرکت پویا فرآزما

### گیره قرقره دار آزمایشگاهی

#### نگهداری و تعمیر:

1. پیچ گیره را بیش از حد معمول سفت نکنید.
2. وزنی بیش از حد توان گیره به آن نیاویزید.

#### شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

