

شرکت پویا فرآزما

دستگاه آزمایش ظرفیت گرمایی ویژه به روش سرد کردن (به روش نیوتن)

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

