



تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه

آنالایزر ارتعاشات پرتابل مدل AVB-4060

۱. دمای محیط کمتر از ۵۰ درجه سلسیوس

۲. درجه حفاظت: IP65

دیده پرداز صبا



شرکت دانش بنیان
مستر در شرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

آدرس :

• اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی
اصفهان، شرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان، ساختمان فن آفرینی
• اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان
۲۲ بهمن، پلاک ۱۷۱، شرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان
غدیر

تلفن : ۱۵ - ۳۲۶۵۸۳۱۱ (۰۳۱)
تلفکس : ۳۲۶۵۸۳۴۷ (۰۳۱)
www.didepardaz.ir
info@didepardaz.ir