



ظروف تعیین توده ویژه حجمی سنگدانه و بتن تازه

Bulk Density Measures

ASTM C29, C138
BS 812-109
EN 1097-3
ISIRI 3203-2

آزمون جهت تعیین وزن مخصوص ظاهری مصالح سنگ دانه‌ای و بتن تازه اقدام به ساخت این ظروف مطابق استاندارد از جنس فولاد با رنگ الکتروستاتیک نموده است که با بتن تازه واکنش نمی‌دهد و با لبه‌های صاف و آب‌بندی کامل ارائه می‌شود.

پیشنهاد: جهت تراکم بتن تازه می‌توان از چکش‌های تراکم دستی بتن (میله اسلامپ) یا میزهای وایبره برقی بتن استفاده کرد.

Model	AG 201	AG 202	AG 203	AG 204
Description	Bulk Density Measure	Bulk Density Measure	Bulk Density Measure	Bulk Density Measure
Nominal Capacity	3lit	8lit	15lit	30lit
Material	Steel	Steel	Steel	Steel
Weight(Approx.)	2.5kg	3kg	5kg	8kg

لوله نمونه گیری ماسه از دپو

Sand Tube Sampler

ISIRI 11267

این لوله جهت نمونه برداری ماسه از دپو مورد استفاده قرار می‌گیرد که از جنس استینلس استیل ساخته شده است. طول قسمت نمونه برداری 2m و قطر داخلی 50mm می‌باشد.

Model	AG 206
Description	Sand Tube Sampler 2000mm
Dim.DxL	50x2000mm
Material	Stainless Steel



AG 206