

تاریخ:

شماره:

پیوست:

www.Azhand.ir

شماره ثبت: ۳۲۸۵۴



Azhand pazhoohan tos Co.

شرکت آزند پژوهان توس

بسمه تعالی

شرایط محیطی

دستگاه: اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن

- در دمای بین ۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد و رطوبت زیر ۵۰٪ نگهداری شود.
- از منابع ولتاژی سیار برای کار دستگاه استفاده نشود و لزوماً دستگاه با برق شهری کار کند.
- از قراردادن اجسام حساس به میدان مغناطیسی بزرگ در نزدیکی تجهیز خودداری شود.
- از ریختن مایعات روی دستگاه خودداری کنید.