

Asphalt

نمونه در آور آسفالت

Marshall Mold Extruder

از این وسیله جهت خارج نمودن نمونه های متراکم شده آسفالت از قالب 4in توسط یک جک دستی به ظرفیت 30kN استفاده می شود. متعلقات زیر به همراه این دستگاه ارائه می گردد:

- صفحه نمونه در آور 4in
- دسته جک

Model	AS 200
Description	Marshall Mold Extruder
Capacity	30kN
Dim.DxH	310x500mm
Weight (Approx.)	23kg



AS 200



AS 220

حمام آسفالت (بن ماری)

Water Bath

AASHTO T245-97
ASTM D5581,
EN 12697-12, 12697-23, 12697-34
ISIRI 12381

حوضچه داخلی این حمام از جنس استینلس استیل به ظرفیت 30lit می باشد. حرارت حوضچه از طریق نمایشگر و ترموستات دیجیتال قابل تنظیم است. این حمام مجهز به صفحه مشبک از جنس استیل می باشد که مطابق استاندارد به فاصله 50.8mm از کف حمام نصب شده است.

حمام بن ماری در آزمایش های دیگر مصالح ساختمانی نیز قابل استفاده می باشد.

با گواهی نامه کالیبراسیون دما از آزمایشگاه کالیبراسیون دارای تاییدیه NAC ISO 17025

Model	AS 220
Description	Water Bath
Capacity	30lit.
Temp. Range	20-100°C
Int. Dim.LxWxH	440x330x220mm
Ext. Dim.LxWxH	600x400x400mm
Weight (Approx.)	23kg

مجموعه لوازم آزمایش تعیین فضای خالی آسفالت (رایس)

Theoretical Maximum Specific Gravity

ASTM D2041

هدف از این آزمایش، تعیین درصد فضای خالی آسفالت، درصد فضای خالی مصالح سنگی و در نهایت تعیین درصد قیر بهینه با کمک نتایج آزمایش مارشال می باشد.

متعلقات زیر به همراه این دستگاه ارائه می گردد:

● پمپ خلأ 2.5CFM

● گیج خلأ

● شیلنگ شفاف و شیر تخلیه

● دسیکاتور 24cm با شیر

Model	AS 135
Description	Theoretical Maximum Specific Gravity

