

تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرکت مهندسی هوشمند فن آور تهران

HOOSHMAND FANAVAR TEHRAN ENG. CO.



### شرایط گارانتی و نگهداری سیستم کنترل دما اسپرم چمبر TCU-07

- ۱- سیستم کنترل دما اسپرم چمبر TCU-07 دارای یکسال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش میباشد
- ۲- دستگاه فوق در شرایط نرمال کاری آزمایشگاه ( دما محیط بین ۱۵ تا ۳۰ درجه ، رطوبت کمتر از ۶۰٪) با رنج ولتاژ ۲۱۰-۲۳۰ ولت قابل بهره برداری است
- ۳- سیستم کنترل دما اسپرم چمبر TCU-07 به صورت سالانه نیازمند کالیبراسیون میباشد که توسط کاربر مجددا و به سادگی انجام پذیر است.
- ۴- سیستمهایی که خرابی آنها در اثر آتش سوزی، ضربه خوردن، نوسانات برق، مواد شیمیایی، تخریب عمدی و تعمیرات توسط اشخاص غیر مجاز و یا استفاده از قطعات یدکی و مواد مصرفی غیر اصلی و غیر استاندارد و یا عدم استفاده صحیح مسئول دستگاه باشد، شامل قرارداد نمی باشد .