

شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه

این دستگاه جهت نصب در محیط آزمایشگاه طراحی شده است و دمای محیط پیرامون استاندارد آن ۲۵ درجه سانتیگراد بوده و بصورت کلی نباید از ۲۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد تجاوز کند .

رطوبت نسبی مناسب جهت کار کردن ایده آل دستگاه بین ۱۰ الی ۷۰ درصد می باشد و فاصله دستگاه از قسمت پشت با دیوار یا هر مانعی نباید کمتر از ۶۰ سانتی متر باشد و از طرفین نیز نباید کمتر از ۷۰ سانتی متر باشد .

محل قرار گیری دستگاه باید تراز باشد و استفاده از دستگاه در سطوح شیب دار غیر مجاز می باشد .

مشخصات الکتریکی

- ضخامت سیم کابل اصلی جهت نصب پریش ضمیمه دستگاه نباید کمتر از 4.0 میلیمتر باشد .
- اتصال ارت حتما به دستگاه متصل شود .