سینا ابتکار	**چک لیست IQ**	تاریخ: شماره مدرک: SJAA999ASPI ☐ SJAB999ASPI ☐ SJAC999ASPI ☐ SJAD999ASPI ☐ SJAE999ASPI ☐ SJAF999ASPI ☐ شماره تجدید نظر:۰۰

مشخصات دستگاه

نام دستگاه: ..... مدل دستگاه : ..... شماره سریال دستگاه .....

شماره اموال : ..... سایر مشخصات .....

مشخصات مشتری

نام خریدار: ..... پایگاه انتقال خون : ..... تاریخ نصب دستگاه(تاریخ مراجعه) : .....

آدرس محل نصب:	استان: ..... شهرستان: ..... تلفن: ..... آدرس: .....

مشخصات سازنده

آدرس کارخانه: مشهد، کیلومتر۲۴ جاده سنتو، شهرک صنعتی ماشین سازی و فن آوری های برتر، خیابان صنعت۸، واحد۶۷ تلفکس: ۳۰۰-۳۲۴۰۰۲۹۸(۰۵۱)

مرحله کاری	عنوان اقدام انجام شده	الزامات نصب	مشاهده نتایج		توضیحات
			OK	NOT OK	
۱	بررسی بسته بندی دستگاه و مشخصات محصول	جعبه بسته بندی دستگاه سالم است			
		متعلقات و لوازم جانبی دستگاه سالم است			
۲	خروج دستگاه از جعبه بسته بندی	بدنه دستگاه اصلی پس از خارج نمودن از جعبه سالم است و کاستی ، ایراد و آسیبی به آن وارد نشده است			
۳	بررسی محل نصب	محل استقرار ، محیطی با شرایط استاندارد آزمایشگاهی مناسب است			
۴	بررسی الکتریکی	کابل تغذیه دستگاه دارای ارت مناسب می باشد			
		از کانکتور دو شاخه نری مخصوص برای اتصال آداپتور به برق استفاده شده است			
		برق تغذیه دارای مشخصات : بدون نوسان شدید ، تک فاز ۵۰HZ با ۲۲۰VAC می باشد			
۵	اقدامات نصب و تحویل دهی دستگاه	دستگاه با رعایت کلیه اصول حمل صحیح به محل مورد نظر انتقال یافته است			
		نظافت داخلی و ظاهری دستگاه و لوازم جانبی آن مناسب می باشد			
		با روشن نمودن کلید اصلی ، دستگاه روشن می شود			
		با اتصال آداپتور شارژ به برق و اتصال آن به دستگاه باطری شارژ می گردد			
		به پرسنل بخش با هماهنگی مدیریت مربوطه ، آموزش های لازم جهت اپراتوری دستگاه داده شده است			
۶	تحویل دهی مستندات	دفترچه راهنمای اپراتوری دستگاه تحویل گردید			
		برگ راهنمای گارانتی دستگاه تحویل گردید			
		فرم های کنترلی و تائید تولید کننده تحویل گردید			
		کارت گارانتی دستگاه تکمیل و تحویل گردید			
		۱ عدد کابل پاور مربوطه تحویل گردید			

دستگاه تحت شرایط فوق تحویل خریدار گردید.

نماینده خدمات پس از فروش تاریخ امضاء	نماینده تحویل گیرنده تاریخ امضاء