



شماره سند: 3F-RW-01-0	گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه ثبت سیگنال قلبی	 Parto Negar Persia Co. Ltd.
صفحه ۱ از ۲	مدل CardioSync	

شرایط گارانتی دستگاه ثبت سیگنال قلبی با مدل CardioSync

۱. دستگاه CardioSync، به مدت ۱۲ ماه پس از نصب، راه اندازی و آموزش از نظر قطعات و خدمات تحت گارانتی می باشد.
۲. سازنده متضمن است تا ۱۰ سال بعد از تحویل سیستم لوازم یدکی مورد نیاز را در قبال دریافت وجه در اختیار کاربر قرار دهد. لازم به ذکر است تامین این لوازم در طول مدت گارانتی (۱۲ ماه) رایگان خواهد بود.
۳. مونتاژ، تنظیمات جدید، ارتقا و یا تعمیر سیستم CardioSync به عهده اشخاص آموزش دیده توسط شرکت خواهد بود.
۴. فراهم آوردن فضا و شرایط محیطی لازم جهت استفاده از دستگاه بر عهده استفاده کننده از دستگاه خواهد بود.
۵. نصب الکتریکی در اتاق برطبق ملاحظات مربوطه و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به آن می باشد.
۶. رعایت شرایط سلامت دستگاه به لحاظ وضعیت فیزیکی مانند دما، تغییرات دما، رطوبت و جلوگیری از شوک های مکانیکی و یا شیمیایی پس از نصب دستگاه در سایت به عهده ی استفاده کننده است و جزء الزامات ادامه گارانتی محسوب می شود.
۷. دستگاه باید بر اساس شرایط و قواعد شرح داده شده در دفترچه راهنما و برنامه آموزشی حین راه اندازی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت، شرکت تعهدی در مورد مشکلات پیش آمده به دلیل عدم رعایت این موارد ندارد.
۸. افراد عادی مجاز به استفاده از سیستم نمی باشند. استفاده کننده از سیستم باید آموزش دیده و دارای صلاحیت باشد. وی ملزم به رعایت اصول کاربری دستگاه و اپراتوری آن می باشد و مسئولیت صدمات احتمالی در اثر عدم استفاده صحیح و اصولی از دستگاه نیز به عهده استفاده کننده است.
۹. در صورت بروز هر گونه مشکل برای دستگاه، این شرکت متعهد است اقدام به تعمیر، سرویس، یا کالیبراسیون دستگاه نماید؛ جهت رفع مشکل و یا ارایه هرگونه انتقاد یا پیشنهاد می توانید با تلفن های ۰۲۱-۶۶۵۸۰۹۵۹ تماس حاصل فرمایید.

موارد فوق توسط نماینده مشتری رویت و مورد تایید قرار گرفت.

مهر و امضا نماینده مشتری

شماره سند: 3F-AI-01-0	گارانتی و خدمات پس از فروش	 Parto Negar Persia Co. Ltd.
تاریخ:	دستگاه تزریق خودکار رادیودارو	
صفحه ۲ از ۲	مدل Injectra	

شرایط خروج از گارانتی دستگاه ثبت سیگنال قلبی با مدل CardioSync

۱. باز نمودن کاور سیستم در هر شرایطی، هرگونه دستکاری تجهیزات و قطع و وصل کردن کابل‌ها منجر به خروج دستگاه از شرایط گارانتی خواهد شد.
۲. هرگونه شوک مکانیکی و یا شیمیایی که باعث تخریب و یا آسیب به کابل‌ها و تجهیزات داخلی و خارجی دستگاه گردد، شرایط گارانتی سیستم را باطل خواهد کرد.
۳. هرگونه نفوذ آب و مایعات به تجهیزات داخلی دستگاه خارج از شرایط گارانتی می‌باشد.
۴. نوسانات الکتریکی ناخواسته برق ورودی دستگاه خارج از شرایط گارانتی می‌باشد.

موارد فوق توسط نماینده مشتری رویت و مورد تایید قرار گرفت.

مهر و امضا نماینده مشتری