

## شرایط محدودیتی:

- ✓ دمای کارکرد سیستم بین ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد
- ✓ حداقل و حداکثر دمای قابل قبول برای سیستم ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتی گراد است
- ✓ سیستم نباید در محیطی بالارزش های پی در پی و مورد تکان های شدید قرار گیرید.
- ✓ عدم وجود رطوبت بالای ۷۰ درصد
- ✓ عدم وارد نمودن قرار گرفتن در ولتاژ های بالای ۲۲۰ ولت و در حدود جریان ۴ آمپر که موجب آسیب به سیستم می شود.
- ✓ فرکانس برق کار کرد بین ۴۷-۵۶ هرتز می باشد
- ✓ عدم قرار گیری در معرض تابش های الکترومغناطیسی و یا قرار گیری در محیط با میدان مغناطیسی قوی
- ✓ اگر چه این مدل از طیف سنج به عنوان طیف سنج های پرتابل بسیار مناسب محیط های باز و استفاده در in field می باشد ولی باید به نکات نگه داری اصولی توجه نمود.