

کدفرم/ویرایش: F320/00	الزامات نصب دستگاه IQ	شرکت دانش پژوهش فجر
-----------------------	------------------------------	---------------------

شماره سریال :

نوع دستگاه : **دستگاه اینکوباتور کشت سلول CO2**

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	خیر	بله		
		ok	فضای مورد نیاز جهت نصب و استقرار : * حداقل ارتفاع ۴ متر باشد . *حداقل طول (عرض جلوی دستگاه) ۴متر و ۷۰ سانتیمتر باشد . *حداقل عرض دستگاه (عمق) ۶ متر و ۵۰ سانتیمتر باشد .	۱
		ok	دمای محیط کار دستگاه بین ۱۵ الی ۳۰ باشد	۲
		ok	رطوبت محیط دستگاه ٪۲۰ الی ٪۷۰ باشد	۳
		ok	*محل استقرار تقریبا تراز بوده و استحکام کافی جهت تحمل وزن آن را داشته باشد . *سطوح صاف و بدون برآمدگی باشد .	۴
		ok	حداقل امکانات تهویه هوا موجود باشد .	۵
		ok	برق کانکس ۳ فاز به همراه فیوز ۲۵ آمپر و ارت استاندارد باشد .	۶
		ok	تجهیزات مورد نیاز جهت رفع نوسانات احتمالی برق در نظر گرفته شود . (در صورت نوسانات بیش از حد مجاز)	۷

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :