



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری طیف سنج فلورسانس + جذب

### FL+Abs-Arn-20

شرایط محیطی مناسب و امکانات تکمیلی کنار دستگاه ضروری می باشد.

(الف) آزمایشگاه با دمای مناسب و تهویه مناسب

(ب) کامپیوتر با مشخصات مناسب و بروز

(پ) استفاده از UPS جهت تغذیه دستگاه برای مصون ماندن دستگاه از نوسانات برق

(ت) استفاده از امکانات نمونه برداری مناسب در کنار دستگاه چون: پیپت، میکرو سمپلر و میکرو پیپت

(ث) مناسب بودن فضای اطرف دستگاه و رعایت فاصله مناسب از سایر دستگاه ها

(ج) استفاده از کاور دستگاه موقعی که خاموش است

(چ) استفاده از دستگاه و نگهداری در محیط عاری از گرد و غبار