



شرکت مهندسی زیست سرآمد

Saramad Bio-engineering Co.

سازنده تجهیزات آزمایشگاهی عمومی و تخصصی حوزه زیست فناوری

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه

شرایط نگهداری دستگاه مطابق استانداردهای محیطی برای آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی می‌باشد؛ بدین صورت که دمای محیط در محدوده ۲۱ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۲۰ تا ۵۰ درصد باشد، از تابش مستقیم نور خورشید به دستگاه جلوگیری شود؛ همچنین از عدم وجود گرد و خاک در محیط اطمینان حاصل گردد. دستگاه باید در محلی قرار گیرد که فضای کافی اطراف آن برای جریان مناسب هوا وجود داشته باشد. از قرار دادن دستگاه در مقابل باد مستقیم کولر یا فن خودداری شود.

تهران - خیابان آزادی - خیابان حبیب الله - پلاک ۹۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۳۱۴۸۴

[www.saramad-group.ir](http://www.saramad-group.ir)