

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه DSC(OIT) به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیم ها و

کابل های فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- امکان قرارگیری دستگاه کامپیوتر در کنار دستگاه DSC(OIT)

۴- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک

باشد.

۵- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.

۶- کپسول نیتروژن و اکسیژن با خلوص ۹۹/۹۹ %