


تاریخ:

Design and Manufacture of
Nuclear Measurement Systems

شماره:

طراحی، ساخت، مشاوره سیستم های طیف سنجی و اندازه گیری هسته ای

پیوست:-



آشکارسازها

ماژول های الکترونیکی

ماژول های منفرد

لوازم جانبی

NT-CAM

تولید طیف پرتو گستر (با مسئولیت محدود)

دستگاه مولد پالس مدل NT-162

مشخصات دستگاه :

- امکان شبیه سازی پالس خروجی از آشکارساز
- ایجاد شکل پالس اکسپونانسیلی با $4\mu s$ rise time و زمان کاهش $200\mu s$ (شبیه آشکار CsI)
- دارای پلاریته ی مثبت و منفی
- دارای خروجی ۰-۱۰ ولت
- قابلیت استفاده برای سه پالس مجزا و امکان تغییر ارتفاع و زمان شروع هر پالس



طراحی، ساخت و تهیه سیستم های طیف سنجی
و اندازه گیری هسته ای

یک سال گارانتی تمامی محصولات
و ده سال خدمات پس از فروش

