



### **شرایط مورد نیاز برای محل نصب سیستم**

۱. اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۱۰ مترمربع
۲. برق ورودی:  $3\Phi, 50\text{Hz}, 2A, 380V \pm 10\%$
۳. ارت کمتر از ۲ اهم
۴. آب ۲۰ درجه ( قابل تامین از طریق چیلر یا به صورت مرکزی)