



بسمه تعالی

شرایط مورد نیاز برای محل نصب سیستم مدولاتور

۱. اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع

۲. برق سه فاز ۲۵ آمپر

۳. چاه ارت با مقاومت کمتر از ۰/۲ اهم

۴. باد با فشار حدود ۷ بار

۵. چیلر با دمای ۲۰ درجه