

****شرایط محیط های مورد نیاز برای نصب دستگاه****

انواع هودهای شیمیایی و هودهای میکروبی در اتاقهای مرتبط با نصب دستگاههای فوق می بایست جانمایی آنها مشخص شده باشد و متناسب با این جانمایی تاسیسات آن شامل آب، برق، گاز و تاسیسات ورودی و خروجی مورد نیاز در حمل هودها آماده گردد. تامین vant های خروجی برای هودهای شیمیایی در اتاقهای آزمایشگاه الزامی میباشد