

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه جعبه مقاومت متغیر 470 اهم 25 وات

شامل:

- ✓ بدن باکالیت مقاوم در برابر جریان
- ✓ دارای ولوم تغییر مقاومت در بازه $\Omega - 0 - 470$
- ✓ توان داخلی 25W

محدوده های آزمایش:

در کلیه آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و الکترونیک برای تنظیم پتانسیل از جعبه مقاومت متغیر استفاده می شود.

نگهداری و تعمیر:

1. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
2. ولتاژ ناگهانی به دستگاه وارد نشود

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه وارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیینشده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستور العملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
4. دستگاه هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1 محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2 محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه %65 - %10

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبره شدن ندارد.

آزمون تحويل دهی:

دستگاه یک قطعه الکترونیکی است، در مدار قرار داده و درستی آن را بررسی نمایید.