www.medpip.com

لوله مخروطی کهربایی

نگهداری نمونه آزمایشگاهی حساس به نور و استفاده در دستگاه سانتریفوژ

برخی از آنالیت‌های موجود در نمونه نیاز به محافظت در برابر نور دارند و در صورت قرارگیری در برابر نور، ممکن است دیگر نمونه کیفیت کافی برای دست‌یابی به نتایج دقیق را نداشته باشد. جابه‌جایی و نگهداری این معرف‌ها و نمونه‌ها، معمولا در لوله‌های پلاستیکی کهربایی انجام می‌شود.

- امکان ذخیره و نگهداری ایمن نمونه‌های حساس به نور
- مناسب برای آزمایش‌های حساس به نور مانند بیلی‌روبین توتال سرم، ریبوفلاوین، ادرار و ...

ایران کد	ظرفیت	درجه‌بندی	ارتفاع	قطر خارجی دهانه	تعداد دربسته
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹	۵ ml	۰/۵ ml	۶۷/۵ mm	ϕ ۱۷ mm	۵۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷	۱۵ ml	۰/۵ ml	۱۲۰ mm	ϕ ۱۷ mm	۱۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸	۲۵ ml	۲/۵ ml	۷۹ mm	ϕ ۲۹ mm	۱۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰	۵۰ ml	۲/۵ ml	۱۱۷ mm	ϕ ۲۹ mm	۵۰

انتخاب جالوله‌ای مناسب شما
> مشاهده ویدیو
> اطلاعات بیشتر در مورد سازماندهی آزمایشگاه