

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی

شرایط محیطی نصب و راهاندازی دستگاه ESCR به شرح ذیل می‌باشد:

۱ - اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیم‌ها و کابل‌های

فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین

۲ - کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳ - اتاق مجهز به کولر گازی