



Global **M**aterial **T**esting **M**anufacturers

شرکت مواد ساخت آزما ویستا

شرایط محیطی لازم برای

پنل کنترل فشار غیراشباع

(تمام اتوماتیک)

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه

۱. دمای محیط بایستی در حدود دمای اتاق و بین ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
۲. رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می گردد.
۳. محل قرارگیری دستگاه بایستی تراز بوده و در معرض لرزش نباشد.
۴. با توجه به فشار بالا در سیستم، اتصالات و شلنگ‌های تحت فشار دور از قرار گرفتن در زیر چرخ، اجسام سنگین یا آسیب‌های مشابه حفظ گردند و از سالم بودن اتصالات اطمینان حاصل شود.
۵. دستگاه برای حداکثر فشار هوای ۱۰ بار طراحی گردیده است.
۶. بورت و سنسور فاصله سنج تحمل ضربه را ندارند.
۷. در صورت داغ شدن دستگاه و یا بالا رفتن دمای محیط دستگاه را از کار انداخته و یا دمای محیط پیرامون دستگاه را برای خنک شدن دستگاه پایین بیاورید.
۸. برای آزمایشات حتماً از آب مقطر استفاده کنید