

شرایط محیطی جهت نصب و راه اندازی دستگاه

طبق استاندارد ملی تمامی آزمونها در شرایط محیطی دمای 23 ± 2 درجه سلسیوس و 65 ± 2 درصد رطوبت بایستی انجام شود بنابراین نصب و راه اندازی دستگاه نیز منوط به استاندارد ملی میباشد.

شرایط محیطی برای آماده سازی آزمون و انجام آزمون

آزمونها را تحت شرایط استاندارد الف، ب و یا پ مطابق با استاندارد ملی ایران 6917 قرار دهید و آزمون را نیز در همان اتمسفر انجام دهید .

آزمونها پس از تهیه جهت انجام آزمون باید در شرایط استاندارد ملی ایران 948 قرار گیرند.

قبل از انجام آزمون بدون پوشش را باید حداقل 8 ساعت جهت مطابقت با شرایط استاندارد در اطاق کليماتيزه (دمای 23 ± 2 درجه سلسیوس و 65 ± 2 درصد رطوبت) قرار دهید .