

۱. ابعاد دستگاه به صورت سه یونیت استاندارد رک ۱۹ اینچ می باشد و یک فضای باز بدون سقف و یا فضای آزمایشگاهی متناسب با نوع و قدرت دستگاه جهت استفاده از سیستم نیاز است.
۲. محل استفاده باید دور از هرگونه رطوبت و نم بودن احتمالی زمین باشد.
۳. تک فاز ۲۲۰ ولت .
۴. اطراف محل نصب دستگاه بایستی دارای فضای باز و کافی جهت حرکت جریان هوا و خنک کاری باشد.
۵. دمای کاری $0 < T < 50^{\circ}\text{C}$.