

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه التراسونیک پایلوت

- حداکثر دمای محیط 40°C
- حداکثر رطوبت محیط ۶۵٪
- فشار هوای ۱ اتمسفر
- شاخص کیفیت هوای محیط: کمتر از AQI ۲۰۰