

High Pressure Fluid Accumulator (HFA)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه انباشته گر سیال

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می شود.
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۰/۲ متر و عرض ۰/۵ متر

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد اندازه گیری چگالی تست شده و تحویل می گردد.