

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی



دنا ژن تجهیز (مسئولیت محدود)

طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان هیئت- پلاک ۱۵- پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

۱- همیشه از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل شود.

۲- فضای اطراف دستگاه ریل تایم الکتروفورز جهت سیر کولاسیون مناسب هوا به اندازه حداقل ۱۰ سانتیمتر خالی باشد.

۳- با توجه به تامین جریان و ولتاژ بالا توسط این دستگاه، توصیه می شود به هیچ وجه افراد کم تجربه از دستگاه استفاده ننمایند.

۴- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.

۵- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زیر جهت تمیز کاری دستگاه استفاده ننمایید.

۶- از استون یا هیدروکربن های هالوژنه و یا الكل های غلیظ (بالای ۳۵٪) جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید.

۷- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.

۸- در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه، حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، با شرکت دنا ژن

تجهیز تماس بگیرید.

۹- به هیچ وجه از موادی که قابلیت خش انداختن روی سطح دستگاه را دارند استفاده نکنید.