

تجربه، دانش و کیفیت در برند سیگما سونیک

شرایط محیطی مناسب جهت کار با دستگاه هموژنایزر آلتراسونیک



۱- دمای محیطی کمتر از ۶۰ درجه سانتی گراد باشد. در غیر اینصورت دستگاه باید برای دمای مورد نظر مجدداً طراحی شود.