



شرکت سامان کنترل طاها

سیستم TMS

عنوان سند:

شرایط محیطی نصب و راه اندازی سیستم TMS

تهیه کننده:

آقای

تایید کننده نهایی:

آقای

تاریخ تهیه/به روزرسانی:

۱۳۹۴/۱۱/۲۹

شرکت سامان کنترل طاها	نسخه : ۱,۰
عنوان سند: شرایط محیطی نصب و راه اندازی سیستم TMS	تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
شناسه سند: TMS1.1_941127	

تاریخچه تغییرات

تاریخ	نسخه	شرح	تهیه کننده	تایید کننده
۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱,۰	نسخه نهایی	آقای	آقای

این سند در مسیر زیر از Repository گروه Mechatronic ذخیره شده و Revision جاری آن "467" می باشد.

https://srv-svn.pardis.com:8443/svn/Mechatronics/TMS/Documents/TMS_productRegistrationDocuments/TMS_GuarantyConditions.docx

شرکت سامان کنترل طاها	نسخه : ۱,۰
عنوان سند: شرایط محیطی نصب و راه اندازی سیستم TMS	تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
شناسه سند: TMS1.1_941127	

فهرست مطالب

شرایط محیطی برای نصب دستگاه ۳

شرایط محیطی برای نصب دستگاه

شرایط محیطی برای نصب سیستم TMS به صورت زیر می باشد.

- اتاق تست با مساحت ۳۰ متر مربع دارای (حداقل عرض اتاق ۵ متر) دارای اسکلت فلزی قابل دسترس به منظور نصب سیستم به اسکلت فلزی ساختمان
- کنترلر برق تکفاز ۲۵ آمپر (به همراه سیستم UPS با ظرفیت باتری ۱۲۰ آمپر – ساعت)
- کف بتن ریزی شده به ابعاد ۱ * ۵ متر در راستای عرض اتاق و مجاور با دیوار و اسکلت فلزی
- چاه ارت به مساحت یک متر مربع در عمق ۶ متری
- شرایط ایده آل دمایی: دمای اتاق (۲۵ درجه سانتیگراد)
- محدوده دمای کارکرد: صفر الی ۳۵ درجه سانتیگراد
- شرایط رطوبت اتاق: رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪