

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه تردمیل حیوانی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه آنالیز حساس به شرح ذیل است:

۱. اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۱۲ متر مربع

۲. کنتور برق تک فاز ۱۶ آمپر

۳. کف معمولی-قابل نصب روی میز یا روی شاسی دستگاه

۴. ارت

۵. استابلایزر برق (جلوگیری از نوسانات برق)