

شرکت تجهیز گستر آزما

(تولید دیونایزر - تجهیزات آزمایشگاهی)

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه دیونایزر:

- ۱- فضای مسطح به طول ۱۵۰ سانتیمتر و به عرض ۱۰۰ سانتیمتر
- ۲- وجود لوله آب سرد جهت اتصال به دستگاه
- ۳- وجود خروجی فاضلاب حداکثر در فاصله ۲ متری از محل نصب دستگاه
- ۴- وجود پریم برقی در نزدیکی محل نصب

شرکت تجهیز گستر آزما
پزشکی-آزمایشگاهی-تصفیه آب
م پونک - بلوار عدل ۴۴۴۹۳۴۱۵
۰۲۷۴:۱۰۳۷۴