



Sand Equivalent Test Set

ASTM D2419
AASHTO T176
ISIRI 1685

این آزمایش جهت تعیین نسبت ماسه به ریزدانه خاک به کار می‌رود و نشان دهنده درصد ماسه خالص در برابر مواد رسی و کلونیدی می‌باشد. تجهیزات ارزش ماسه‌ای همراه با جعبه حمل به ترتیب زیر ارائه می‌شود.

- ۴ عدد مزور شفاف ارزش ماسه‌ای
- ۴ عدد درپوش مزور ارزش ماسه‌ای
- ۱ عدد وزنه 1000g ارزش ماسه‌ای - کالیبره شده
- ۱ عدد میله شستشو، میله عصائی و میله مستقیم هر کدام
- ۱ عدد ظرف چهار لیتری
- ۲ متر شیلنگ سیلیکون قابل انعطاف 6x8mm
- ۱ عدد پیمانه استیل به ظرفیت 85CC
- ۱ عدد قیف پلاستیکی
- ۱ عدد کرنومتر دیجیتالی

گواهینامه کالیبراسیون حجم، کالیبراسیون جرم از آزمایشگاه کالیبراسیون  دارای تأییدیه  که در صورت درخواست مشتری به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.

سفارش کلیه آیتمها به صورت جداگانه نیز پذیرفته می‌شود.



Model	SO 540	SO 541	SO 542	SO 546	SO 547	SO 549	GE 184
Description	Complete Set for Sand Equivalent Test	Plexiglass Measuring Cylinder with Rubber Cap	Weighted Foot Assembly for sand level	Steel Cup	Irrigator Tube with Stopcock and Syphon Assmely	Plastic bottle 4L. Capacity	Digital Stopwatch
Qty. Per Package	-	4	1	1	1	1	1
Dim.LxWxH	-	100x100x435mm	50x470mm	38cc Capacity	-	-	-
Weight (Approx.)	-	280g	1000g	50g	100g	-	-