

شرایط محیطی نصب دستگاه تولید آب یون زدایی شده آزمایشگاهی بومی

- ۱- فضای اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ متر مربع
- ۲- پریز برق شهری ۲۲۰ ولت
- ۳- ورودی آب شهری و اتصالات فاضلاب و اتصالات مربوطه
- ۴- چاه ارت
- ۵- محوطه باز یا اتاق مجهز به سیستم تهویه