

شرایط محیطی لازم دستگاه Spectral Imaging:

دمای محیط بین 15°C تا 40°C

رطوبت کمتر از ۸۵٪

محیط تمیز و عاری از گرد و خاک