



شرکت دانش پژوهان انرژی گستر تهویه

مجتمع آزمایشگاهی سیستم‌های تهویه مطبوع - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

بستر آزمون کولر گازی اسپیلیت مدل DEGT-10



- اندازه گیری عملکرد و مصرف انرژی کولر گازی اسپیلیت مطابق استاندارد ملی ایران به شماره **ISIRI 6060** و استاندارد بین المللی **ISI 5151**
- حداکثر ظرفیت سرمایشی و گرمایشی قابل اندازه گیری **100000 Btu/hr** معادل **8 tons** برودتی
- یکسال گارانتی محفظه آزمون همراه متعلقات با شرایط زیر:
 - اپراتور دستگاه باید دارای گواهینامه پایان دوره آموزشی کولرهای گازی از شرکت دانش بنیان دانش پژوهان انرژی گستر تهویه باشد.
 - کندانسور هوا خنک دستگاه باید در محیطی بدون گازهای خورنده قرار داده شود. این کندانسور هر سه ماه باید تمیز شود تا دستگاه بتواند با حداکثر ظرفیت خود کار نماید.
 - برای سایکرومتر دستگاه باید از آب مقطر استفاده شود. در غیر این صورت فتیله آب رسوب گرفته و موجب خرابی سنسور دمای مرطوب می گردد.
 - برای دستگاه رطوبت زن باید از آب با سختی کمتر از **100 ppm** استفاده شود.
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- شرایط محیطی آزمایشگاه **Tdb=15-35 °C** و **%Rh=20-70**
- کلیه سنسورهای دما و فشار بمدت یکسال کالیبره می باشند.