



# BARSANJ ELEKTRIC.Co

## شرایط محیطی دستگاه تست پیچش BST50

چنانچه دستگاه روز میز قرار می گیرد ، باید میز آن طراز و بدون لرزش باشد.  
سیم ارت برابر استاندارد وزارت نیرو در نظر گرفته شده و بدستگاه متصل شود.  
فضای لازم برای دستگاه دوازده متر مربع است.  
از گرد و غبار کارگاهی محافظت شود  
کنترلر برق تک فاز  
شرایط دمایی معمولی برای دستگاه مناسب است

آدرس : اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان- واحد دانشگاه آزاد  
تجف آباد پلاک ۱۰۳ شرکت بارسنج الکتریک  
مستدوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱  
[www.barsanj.com](http://www.barsanj.com)

تلفکس: ۰۳۱ ۴۲۲۹۱۰۹۹  
تلفن: ۰۳۱ ۴۲۲۹۱۰۹۹

۰۹۱۳ ۲۸۹ ۱۵۳۶  
۰۹۱۳ ۲۳۲ ۰۷۳۳

