

شرایط لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه تصویربرداری از وسترن بلات

- آزمایشگاه با فضای کافی برای استقرار دستگاه ابعاد ۶۰*۶۰*۶۰ سانتی متر
- دسترسی به برق ۲۲۰ ولت شهری
- استفاده از سیستم محافظ در صورت نوسانات برق