



آزمون پلیمر سپاهان

شرایط محیطی لازم برای دستگاه آزمون ضربه آیزود ۲.۷۵ ژول

۱- جایگاه قرار گیری دستگاه متناسب با طول، عرض و ارتفاع دستگاه

طول، عرض و ارتفاع دستگاه در مشخصات فنی مشخص شده جایگاه قرار گیری دستگاه متناسب با این پارامترها باید از قبل آماده شده باشد

۲- برق شهری (تک فاز) ۲۲۰ ولت

برق مورد نیاز دستگاه برق شهری و ۲۲۰ ولت می باشد و نیازی به برق ۳ فاز نیست

۳- رطوبت و دما مناسب آزمایشگاه

رطوبت و دما باید در حد ایده آل آزمایشگاه باشد

۴- سکویی که دستگاه روی آن قرار میگیرد بدون لرزش و دارای تحمل وزن تا ۱۵۰ کیلوگرم را دارا باشد.

سکویی که دستگاه روی آن قرار میگیرد باید بدون لرزش و قابلیت تحمل وزن ۱۵۰ کیلوگرم را دارا باشد.