

(پیوست شماره سه: شرایط راه اندازی سامانه لایه نشانی تفنگ الکترونی و تبخیر حرارتی)

- برق ۲۲۰ ولت توان ۱۰ کیلووات
 - آب ورودی به دستگاه با دمای ۱۰-۱۵ درجه سانتیگراد و با شلنگ های قطر خارجی ۸ میلیمتر از چیلر، سردساز یا آب شهری تا پشت سامانه و شلنگ آب خروجی از دستگاه به چیلر، سردساز یا فاضلاب
 - هوای فشرده با فشار ۵-۷ bar با شلنگ قطر خارجی ۸ میلیمتر از کمپرسور یا کپسول هوای فشرده تا پشت سامانه
 - کپسول آرگون با رگولاتور مناسب و خروجی گاز کمتر از ۱ bar به همراه شلنگ با قطر خارجی ۸ میلیمتر از سر رگولاتور تا پشت سامانه
 - فضای مورد نیاز ۲۵۰×۱۵۰ سانتیمتر مربع
 - سیم ارت مناسب تا سامانه
 - لوله یا دریچه خروجی به فضای بیرون برای شلنگ تهویه هوای سامانه
- کپسول های دیگر با توجه به سفارش (نیتريداسيون يا اكسيداسيون) بايد تهيه شود.